

ИЗХ. № 01-ИД-1849/18.12.2017

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на газанализатори за метан и одорантметри по три обособени позиции“

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание **разяснения на Възложителя** в отговор на получени във връзка с горепосочената процедура въпроси, както следва:

➤ **ВЪПРОС 1:**

В ЕЕДОП в обявената от Вас процедура частично е попълнена I част – непълна информация за Възложителя и с друг предмет на поръчката. Моля изпратете ни Образец на ЕЕДОП с актуално попълнени данни в част I.

ОТГОВОР:

В част I от образеца на ЕЕДОП информацията за Възложителя е посочена правилно, а именно: „Овергаз Мрежи“ АД. В същия раздел е допусната техническа грешка, която се изразява в запис на погрешен текст в поле „Название или кратко описание на поръчката“. Правилният текст в посоченото поле е „Доставка на газанализатори за метан и одорантметри по три обособени позиции“ и по този начин следва да се чете, съответно, участниците да предоставят ЕЕДОП с нанесен този текст в част I поле „Название или кратко описание на поръчката“ от образеца на ЕЕДОП.

Обръщаме вниманието Ви върху това, че в документите с по-висок приоритет - *Решение за откриване на процедура и Обявление за поръчка*, е записано правилното название на поръчката, а именно „Доставка на газанализатори за метан и одорантметри по три обособени позиции“.

➤ **ВЪПРОС 2:**

Едно от техническите изисквания за обособена позиция 1 и 2 е: „Уредът да има интегрирана към него помпа“. Да се разбира ли, че помпата трябва да бъде вградена вътре в уреда и да бъде неделима част от него?

ОТГОВОР:

Помпата трябва да бъде вградена (интегрирана) в уреда и може да бъде както делима, така и неделима част от него.


➤ **ВЪПРОС 3:**

С каква дължина да бъде сондата за позиция 1 и 2?

ОТГОВОР:

За Възложителя не е от значение дължината на сондата за позиция 1 и 2.

С уважение,


.....
Светослав Иванов
Изпълнителен директор
„Овергаз Мрежи“ АД